

Spettrofotometri con apertura per alloggiamento Campioni

Affiggere allo strumento le seguenti avvertenze:



Presenza di raggi UV

- Quando lo strumento è acceso l'apertura deve essere sempre coperta (o dal campione o dall'apposito tappino)
- Non guardare nell'apertura quando lo strumento è acceso